



УПВ установки поверки влагомеров нефти



Установки поверки влагомеров нефти (УПВ) предназначены для приготовления поверочных проб и поверки всех типов имеющихся в эксплуатации влагомеров нефти в динамическом режиме.

Краткое описание установок:

	УПВ-С-030-Р Диапазон влагосодержания поверочных проб 0-30 %, об. доли воды. Способ приготовления водонефтяной эмульсии - ручной. Ду 32 мм.	
	Технические характеристики:	
	Диапазоны влагосодержания поверочных проб, об. доли воды, %	Абсолютная погрешность аттестации поверочных проб, об.доли воды, %
	0,2-10	±0,015
10-30	±0,1	
	УПВ-АМ-100-Р Диапазон влагосодержания поверочных проб 0-100 %, об. доли воды. Способ приготовления водонефтяной эмульсии - ручной. Диаметры условных проходов СИ влагосодержания от 25 до 300 мм	
	Технические характеристики:	
	Диапазоны влагосодержания поверочных проб, об. доли воды, %	Абсолютная погрешность аттестации поверочных проб, об.доли воды, %
	0,2-10	±0,015
10-100	±0,1	
	УПВ-АМ-100-П Диапазон влагосодержания поверочных проб 0-100 %, об. доли воды. Способ приготовления водонефтяной эмульсии - полуавтоматический. Диаметры условных проходов СИ влагосодержания от 25 до 300 мм	
	Технические характеристики:	
	Диапазоны влагосодержания поверочных проб, об. доли воды, %	Абсолютная погрешность аттестации поверочных проб, об.доли воды, %
	0,2-10	±0,015
10-100	±0,1	
	УПВ-С-030-А Диапазон влагосодержания поверочных проб 0-30 %, об. доли воды. Способ приготовления водонефтяной эмульсии - автоматический. Ду 32 мм.	
	Технические характеристики:	
	Диапазоны влагосодержания поверочных проб, об. доли воды, %	Абсолютная погрешность аттестации поверочных проб, об.доли воды, %
	0,2-10	±0,015
10-30	±0,05	



	УПВ-С-100-А Диапазон влагосодержания поверочных проб 0-100 %, об. доли воды. Способ приготовления водонефтяной эмульсии - автоматический. Диаметры условных проходов СИ влагосодержания от 25 до 300 мм Технические характеристики:	
	Диапазоны влагосодержания поверочных проб, об. доли воды, %	Абсолютная погрешность аттестации поверочных проб, об. доли воды, %
	0,2-10	±0,015
	10-100	±0,05

В состав установки УПВ входят: диспергатор, комплект мер вместимости или устройств дозирования воды и нефти.

В качестве опций к УПВ поставляются:

- Эталонный лабораторный влагомер.
- ЭУДВН-1л Установка осушки нефти.
- Дозатор воды ЭДВ.
- Титратор по методу К. Фишера.
- Весы аналитические лабораторные.
- Лабораторный влагомер УДВНИл.
- Комплект аппаратуры по МИ 2954.