



УОФТ-01 аппарат для определения коэффициента фильтруемости моторных топлив



Аппарат УОФТ-01 предназначен для определения коэффициента фильтруемости моторных топлив по ГОСТ 19006-73.

Сборка прибора и определение коэффициента фильтруемости производится по ГОСТ 19006 - 73

Области применения

Применяется в организациях, контролирующих качество ГСМ, нефтеперерабатывающей промышленности, системе сбыта нефтепродуктов.

Принцип работы

Суть анализа заключается в определении коэффициента фильтруемости топлива по изменению пропускной способности фильтра при последовательном пропускании через него определённых количеств топлива.

Комплект поставки:

1. Аппарат типа УОФТ:

- стеклянная градуированная трубка, отрезанная от бюретки 1-2-50-0,1 по ГОСТ 20292-74 в металлической оправе, шт. - 1
- кран К1ХКШ- 2 - 32- 2,5 по ГОСТ 7995-80 в оправе фильтрующего устройства, шт. - 1
- оправка фильтра, шт. - 1
- седло фильтра, шт. - 1
- прокладка 1 17 19, шт. - 2
- прокладка 1 15 17, шт. - 2

2. Бумага фильтровальная марки БФДТ с тонкостью отсева не более 3 мкм и толщиной (0,33 ±0,03) мм, количество анализов, шт - 50

3. Воронка стеклянная вместимостью 50 см³ по ГОСТ 1770 - 74, шт. - 1

4. стакан В или Н исполнения 1 или 2 вместимостью 400 или 600 см³ по ГОСТ 25336 - 82, шт. - 1

5. Цилиндр 1-50 по ГОСТ 1770-74, шт. - 1

6. ГОСТ 19006 - 73, шт. - 1

7. Руководство по эксплуатации, шт. - 1

8. Футляр для хранения, шт - 1

Транспортные данные/габариты/вес: 1 деревянный ящик, 460x150x150 мм, 2 кг.