

Электрохимический первичный преобразователь концентрации хлора (сенсор) 2E-Cl₂ 0-10 ppm Cl₂

ПАСПОРТ

1. Назначение и область применения изделия

Электрохимический первичный преобразователь концентрации хлора (сенсор) 2E-Cl₂ является двухэлектродной электрохимической ячейкой, которая преобразует содержащийся в воздухе хлор в непрерывный электрический сигнал. Сила тока, генерируемая сенсором, прямо пропорциональна концентрации хлора в воздухе [Cl₂]. Сенсор 2E-Cl₂ предназначен для использования в сигнализаторах и газоанализаторах хлора при следующих параметрах:

температура воздуха (-30...+50) °C;

относительная влажность воздуха (20...95) % (кратковременно – от 10 до 99%);

атмосферное давление (80...120) кПа;

не допускается эксплуатация сенсора в условиях, когда на его поверхности происходит конденсация водяного пара.

Допускается эксплуатация сенсора 2E-Cl₂ при любой пространственной ориентации.

2. Технические характеристики сенсора хлора 2E-Cl₂

- 2.1. Принцип измерения - электрохимический, гальванический;
- 2.2. Диапазон рабочих концентраций [Cl₂], ppm0 – 10;
- 2.3. Функциональная зависимость тока от концентрации - линейная;
- 2.4. Коэффициент преобразования, мкА/ppm..... не менее 0,6;
- 2.5. Фоновое значение тока, мкА..... не более 0,05;
- 2.6. Время установления выходного сигнала, τ_{0,9}, сек..... не более 30;
- 2.7. Допускаемое снижение коэффициента преобразования по сравнению с исходным, % в месяц..... не более 2;
- 2.8. Время установления номинальных характеристик сенсора после воздействия до 10 мин концентрации хлора, отвечающей 3-кратному верхнему пределу измерения, мин..... не более 15;
- 2.9. Рекомендуемое нагрузочное сопротивление, Ом..... не более 10;
- 2.10. Ожидаемый срок годности сенсора, лет 2;
- 2.11. На выходные сигналы сенсора не влияет присутствие в воздухе CO, CO₂, H₂, CH₄ и других углеводородов до 10 000 ppm; HCl, NH₃, H₂S, NO₂, NO, SO₂ до ПДК этих газов в воздухе рабочей зоны;
- 2.12. Масса сенсора, г. не более 8;
- 2.13. Габариты, (диаметр × высота), мм.....19 × 17.

3. Указания по эксплуатации

Схема сенсора 2E-Cl₂ показана на рисунке.

Чувствительный элемент сенсора 2E-Cl₂ выполнен в виде таблетки, которая состоит из индикаторного электрода, слоя электролита и вспомогательного электрода. Индикаторный электрод обращен к диффузионному окну, в котором установлена защитная пленка. Индикаторный электрод чувствительного элемента соединен со штекером, маркированным на плате цифрой 1. Цифрой 2 маркирован вывод от вспомогательного электрода. Под воздействием хлора сенсор генерирует электрический ток, направленный во внешней цепи от индикаторного электрода к вспомогательному.

Простейшее измерительное устройство может быть выполнено в виде нагрузочного резистора сопротивлением до 10 Ом, на который замкнуты штекеры 1 и 2, и высокоомного вольтметра. В этом случае падение напряжения на нагрузочном резисторе пропорционально концентрации хлора в воздухе.


При хранении сенсора электроды должны быть разомкнуты. При замыкании электродов на нагрузочный резистор установление постоянного значения фонового тока происходит в течение 15 минут. В рабочем режиме для поддержания низкого значения фонового тока электроды сенсора должны быть постоянно замкнуты на нагрузочный резистор. При эксплуатации рекомендуется устанавливать сенсор в положение, исключающее попадание в диффузионное окно пыли и метеорологических осадков. Допускается периодическое удаление пыли с защитной пленки струей сухого сжатого воздуха.

Во избежание выхода из строя и сокращения срока службы не допускается эксплуатация сенсора 2E-Cl₂ в воздухе при концентрации хлора, превышающей верхний предел измерения.

Не рекомендуется устанавливать сенсор 2E-Cl₂ вблизи источников выделения пыли, кислых и щелочных газов, паров, аэрозолей и органических растворителей. Во избежание разгерметизации, нарушения контактов, повреждения чувствительного элемента запрещается производить разборку сенсора.

Транспортировать и хранить сенсор следует в полиэтиленовом чехле в условиях, исключающих механические повреждения, конденсацию влаги и воздействие различных химических веществ.

При соблюдении правил эксплуатации изготовитель гарантирует безотказную работу сенсоров 2E-Cl₂ в течение одного года. Гарантия не распространяется на сенсоры 2E-Cl₂, подвергавшиеся разборке, а также имеющие механические повреждения корпуса и индикаторного электрода.



А - вспомогательный электрод, В - индикаторный электрод

4. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие сенсоров 2E-Cl₂ требованиям ТУ 4215-013-46919435-99 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации сенсоров 2E-Cl₂ в составе газоанализатора - 12 месяцев со дня ввода газоанализатора в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения сенсоров – 6 месяцев со дня изготовления.