

## **ЭЛЕКС-7/ЭЛЕКС-7К техника измерительная**



Предназначен для определения влажности пищевых продуктов.

### **Технические характеристики**

Характеристики	Значения
Диапазон устанавливаемых температур, °С:	
– прибор Чижовой	от +50 до +190
– водяная баня	от +30 до +100
Дискретность устанавливаемых температур высушивания, °С	1,0
Оценка среднего квадратического отклонения составляющей погрешности поддержания установленной температуры, не более, °С:	
– прибор Чижовой	0,5
– водяная баня	1
Время нагрева до установившейся температуры, не более, мин:	
– прибор Чижовой	15
– водяная баня	40
Диапазон устанавливаемых значений временного интервала, мин	от 1 до 99
Дискретность устанавливаемых значений временного интервала, мин	1.0
Погрешность выдержки установленного временного интервала, с	5
Напряжение питания, В	220 (± 10 %)
Частота питающей сети, Гц	50 (± 5 %)
Потребляемая мощность, не более, Вт	1000
Масса, не более, кг:	
– прибор Чижовой	5
– водяная баня	8