



## Эксперт-001-молоко анализатор качества молока переносной



Комплекты (2 вида) на базе анализатора жидкости "Эксперт-001" с ИСЭ для потенциометрического определения в молоке и молочных продуктах рН, титруемой кислотности (молоко заготавливаемое), натрия (фальсификации содой), аммония (фальсификация гидроокисью аммония), кальция.

Дополнительно возможно определение F и Cl ионов.

### **Технические характеристики**

Объекты анализа	Измеряемый параметр	Рассчитываемый показатель
молоко заготавливаемое	рН	титруемая кислотность, рН
молоко заготавливаемое, пастеризованное, стерилизованное	рСа <sup>2+</sup> рNH <sub>4</sub> <sup>+</sup> рNa <sup>+</sup>	содержание кальция фальсификация гидроокисью аммония фальсификация содой

### **Комплект поставки:**

- 4-канальный анализатор «Эксперт-001-3(0.4)» или 1-канальный анализатор «Эксперт-001-3(0.1)» в переносном и лабораторном исполнении (по выбору заказчика)
- специальное ПО «Молоко» в памяти прибора
- ионоселективные электроды для измерения рН, ионов кальция, аммония, натрия
- электрод сравнения
- термодатчик
- стандарт-титры
- сетевой адаптер
- кабель к ПК
- методическое обеспечение