



ЗАКАЗАТЬ

Комплект приспособлений размещается в жидкостной бане БНТИ-05-04 и применяется для определения точки потери текучести нефтепродуктов, а также температуры помутнения нефтепродуктов.

Для проведения испытаний дополнительно необходимы комплекты приспособлений БНТИ-05-04-К и БНТИ-05-04-ЗК.

Технические характеристики

Наименование	Значение
Климатическое исполнение	УХЛ 4.2
Определение точки потери текучести в соответствии	ASTM D97
Определение температуры помутнения нефтепродуктов в соответствии	EN 23015
Гарантийный срок	24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 25 месяцев с момента отгрузки потребителю

Стандартный комплект поставки:

- Втулка – 2 шт.
- Стакан латунный – 2 шт.
- Пробка резиновая – 2 шт.
- Пробирка П-2-34-120 ТС с меткой 54 мм плоское дно (прилагается копия паспорта) – 2 шт.
- Кольцо резиновое уплотнительное 034-042-46 – 4 шт.
- Диск пробковый изоляционный – 2 шт.
- Паспорт.