



Бинар -1П газоанализатор переносной



Переносной газоанализатор автоматический с принудительным отбором проб воздуха «Бинар-1П» предназначен для измерения концентрации содержания вредных и загрязняющих веществ в воздухе в целях производственного, экологического и санитарно-гигиенического контроля.

Заказать

sales@td-avtomatika.ru



Исполнения:

- обычное, Бинар-1П;
- взрывозащищенное, Бинар-1ПВ, с маркировкой взрывозащиты: «Искробезопасная электрическая цепь» уровня «ib» по ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010, «Взрывонепроницаемая оболочка» по ГОСТ Р МЭК 60079-1-2008.

Конструкция модели Бинар-1ПВ соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011.

Переносной газоанализатор Бинар-1П одновременно измеряет концентрацию содержания от одного до восьми вредных и загрязняющих веществ в воздухе, и выдает звуковой сигнал при превышении установленных порогов.

Прибор работает от встроенного аккумулятора. Измерение может производиться в двух режимах: текущие измерения и средние измерения. Текущие измерения - вывод на экран измеренной концентрации один раз в секунду. Средние измерения – вывод на экран среднего значения концентрации за 20 мин. Рабочий диапазон измеряемых концентраций вредных и загрязняющих веществ может выдаваться в различных единицах измерения (мг/м^3 , % объемной доли, ppm)

Технические характеристики:

Параметр	Значение
Диапазон температур окружающей среды, °С	от -20 до +40
Маркировка взрывозащиты газоанализатора	1Ex dib IIB T4/H2X
Количество одновременно измеряемых веществ	От 1 до 8
Габаритные размеры, мм, не более	220x165x190
Масса, кг, не более	1,5
Срок гарантии, мес.	12
Срок службы газоанализатора, без учета срока службы газочувствительных измерительных преобразователей, лет, не менее	10



торговый дом
АВТОМАТИКА

ООО «ТД «Автоматика»
www.td-avtomatika.ru
info@td-avtomatika.ru

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б
Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311
Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28

Стандартная комплектация газоанализатора Бинар-1П:

Наименование	Количество
Газоанализатор "Бинар-1П" КДГА 413214.001.000	1 к-т
Руководство по эксплуатации КДГА 413214.001.000 РЭ	1 экз.
Паспорт КДГА 413214.001.000 ПС	1 экз.
Инструкция «Методика поверки» КДГА 413214.001.000 МП	1 экз.
Зарядное устройство	1 к-т
Зонд отбора проб	1 к-т