



Эксперт-ЗрНм (молоко) анализатор титруемой кислотности молока, рН молока и жидких молочных продуктов



Прибор предназначен для:

- измерения рН молока и молочных продуктов
- автоматического расчета титруемой кислотности молока заготавливаемого в соответствии с МВИ ВНИМИ
- измерения температуры

Метрологические характеристики

Пределы допускаемой основной погрешности ИП	$\pm 0,02$ ед. рХ
Пределы допускаемой основной погрешности анализатора (в комплекте с рН-электродом)	$\pm 0,05$ ед. рХ (рН)
Диапазон измерения рН	0,0-12,0 рН

Преимущества анализатора «Эксперт-001-ЗрНм»:

- автоматический расчет титруемой кислотности в градусах Тернера и вывод результатов на дисплей прибора позволяет работать без использования таблиц пересчета, что создает дополнительные удобства для пользователя и повышает производительность
- расширение возможностей прибора для измерения параметров качества молока и молочных продуктов (содержание натрия, аммония, кальция) при комплектации электродами и методиками. Автоматический расчет показателей.

Комплект поставки:

- ИП «Эксперт-001-З(0.1)»
- специальное ПО «Молоко»
- комбинированный рН электрод ЭСК-10601/4 или ЭСК-10601/7
- термодатчик
- блок питания
- стандарт-титры (рН)
- кабель к ПК
- сетевой адаптер
- методическое обеспечение