

ЗАКАЗАТЬ

ООО «НТЦ ЭКОФИЗПРИБОР»

ОКПД-2 26.51.66.190

ИЗМЕРИТЕЛЬ ПЛОТНОСТИ БЕСКОНТАКТНЫЙ ИПБ-1К

КЗРС.843000.011 ПС

П А С П О Р Т



1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Полное наименование изделия:

Измеритель плотности бесконтактный ИПБ-1К-11

1.2 Наименование и адрес предприятия-изготовителя:

ООО «Научно-Технический Центр Экофизприбор»

115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 46, стр. 2

1.3 Измеритель плотности бесконтактный ИПБ-1К (далее по тексту – «плотномер») предназначен для бесконтактного контроля плотности жидких сред и пульп в трубопроводах и различных технологических установках.

1.4 Модификации изделия отличаются исполнением используемого блока детектирования и основной абсолютной погрешностью измерений.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Диапазон измерения плотности, кг/м^3 от 650 до 2000

2.2 Пределы основной абсолютной погрешности измерений плотности, кг/м^3 :

- для трубопровода диаметром от 0,1 до 0,2 м ± 10

- для трубопровода диаметром более 0,2 м и диапазона измерения

плотности более 1700 кг/м^3 ± 20

- для трубопровода диаметром более 0,2 м и диапазона измерения

плотности менее 1700 кг/м^3 ± 10

2.3 Плотномер имеет информационный электрический токовый выходной сигнал, изменяющийся в соответствии с изменением плотности контролируемого вещества в диапазоне, мА 4 – 20

2.4 Питание блоков плотномера осуществляется от блока питания БП-2 КЗРС.460423.010, подключаемого к однофазной сети переменного тока частотой 50Гц и напряжением в диапазоне, В от 85 до 264

или от внешней сети постоянного тока, В от 15 до 30

2.5 Суммарная потребляемая блоками плотномера мощность, Вт, не более 10

2.6 Допустимый рабочий диапазон температуры окружающей среды, °С:

- для блоков детектирования от – 40 до + 70

- для блока обработки информации от 0 до + 50

- для блока питания от 0 до + 50

2.7 Допустимая влажность, %, не более 95

2.8 Плотномер устойчив к воздействию вибрации с частотой от 10 до 55 Гц и амплитудой смещения, мм, не более 0,15

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1 Блок детектирования БД-6-5 заводской номер

Паспорт и инструкция по эксплуатации на блок детектирования.

3.2 Блок обработки информации БОИ-4 заводской номер

Паспорт и инструкция по эксплуатации на блок обработки информации.

3.3 Блок питания БП-2- заводской номер

Паспорт и инструкция по эксплуатации на блок питания.

3.4 Паспорт и инструкция по эксплуатации на ИПБ-1К.

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Измеритель плотности бесконтактный ИПБ-1К-11 заводской номер _____ соответствует техническим условиям КЗРС.843000.011 ТУ и техническим характеристикам.

Штамп ОТК

Дата выпуска _____

Представитель предприятия _____

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ

5.1 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев с момента передачи изделия Заказчику, но не более 24 месяцев со дня приемки представителем ОТК.

5.2 В случае обнаружения в течение гарантийного срока неисправностей, дефектов или некомплектности Заказчик направляет в адрес Поставщика рекламационный акт, в котором должно быть указано содержание претензии, а также следующая информация:

* наименование и почтовый адрес заказчика;

* наименование и заводской номер изделия;

* дата поставки, запуска в эксплуатацию и выхода из строя;

* описание, характер и причина дефекта.

5.3 Претензии не могут быть предъявлены в случаях поломок и повреждений, возникших в результате ненадлежащего хранения, монтажа, обслуживания или неправильного использования изделия, а также вследствие других, не зависящих от Поставщика причин.

5.4 Поставщик обязуется рассмотреть претензии (рекламационные акты) и направить в адрес Заказчика обоснованный ответ не позднее 2-х дней после их получения.

5.5 После признания Поставщиком претензий Заказчик отправляет неисправное изделие адрес Поставщика.

5.6 Поставщик обязан в течение 15 рабочих дней со дня получения неисправного изделия выявить неисправность, произвести ремонт, отправить отремонтированное изделие в адрес Заказчика и оплатить транспортные расходы Заказчика по пересылке. В случае, если неисправность возникла по вине Заказчика, последний оплачивает стоимость работ, запасных частей и транспортных расходов.

5.7 В случае выхода из строя изделия в пределах гарантийного срока по доказанной вине Продавца – срок гарантии продлевается на время фактического простоя.

5.8 По письменной договоренности Сторон, Заказчик может без ущерба для своих прав по гарантии устранить мелкие неисправности самостоятельно.

Все предъявленные рекламации регистрируются в таблице.

Дата выхода из строя	Краткое содержание рекламации	Меры, принятые по рекламации	Примечание

ЗАКАЗАТЬ