

A2246 установка поверочная



Поверочная установка A2246 предназначена для поверки (калибровки) электроманометров и электротермометров в условиях локомотивного депо.

Установка A2246 зарегистрирована в Государственном реестре средств измерений. Внесена в отраслевой «Реестр средств измерений и испытательного оборудования, допущенных к применению на ж.д. транспорте».

ЗАКАЗАТЬ

Технические характеристики

Наименование	Значение
Диапазон регулирования давления	0...1,6 МПа (кгс/см ²)
Основная погрешность стабильности поддержания давления прессом, не более	(0...16)±0,4%
Источник давления	пресс гидравлический ручной
Диапазон регулирования температуры	+20...+95°С
Основная погрешность стабильности поддержания температуры в рабочей зоне, не более	±1°С
Время выхода на заданный режим (+95°С), не более	25 мин
Мощность электронагревателя	1 кВт
Напряжение питания	220 В
Частота тока	50 Гц
Потребляемая мощность	1,2 кВА
Система охлаждения водяная	
Продолжительность непрерывной работы, не менее	8 ч
Средний срок службы	10 лет
Габаритные размеры (Д/ГхШхВ), не более:	
– блок управления (без регулятора температуры):	265x510x390 мм
– пресс манометрический A2276.20.00	257x390x340 мм
– термостат (без термометра)	206x510x355 мм
Масса, не более:	
– блок управления (без регулятора температуры)	19 кг
– пресс	10 кг
– термостат	12 кг
– установка в сборе	44 кг

Стандартный комплект поставки:

- Блок управления — 1 шт.
- Пресс манометрический (может заказываться самостоятельно) — 1 шт.
- Термостат — 1 шт.
- Запасные части — 1 компл.
- Паспорт — 1 экз.
- Эксплуатационная документация — 1 компл.
- Методика аттестации РД32ЦТ146-92 — 1 экз.