


ЗАКАЗАТЬ



АО «Сафоновский завод «Теплоконтроль»

Код продукции 42 1114



**ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ  
КОНДЕНСАЦИОННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ  
СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ  
ТКП-160Сг-МЗ-УХЛ2**

Паспорт  
**СНИЦ.405 153.008 ПС**

г. Сафоново

**1. Основные технические данные и характеристики**

1.1 Диапазон измерений, °С, от \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_

1.2 Класс точности \_\_\_\_\_

Примечание - Предел допускаемой основной погрешности показаний устанавливается для последних двух третей шкалы, при этом на первой трети шкалы предел допускаемой основной погрешности не должен быть более:

± 2,5 % от диапазона измерений – для термометров класса точности 1,5;

± 4 % от диапазона измерений – для термометров класса точности 2,5.

1.3 Длина соединительного капилляра дистанционного термометра, м \_\_\_\_\_

Исполнение материала защитной оболочки капилляра медь (А); полиэтилен (Б)

1.4 Длина погружения термобаллона, мм \_\_\_\_\_ Ø термобаллона, мм \_\_\_\_\_

Материал термобаллона: сталь 12Х18Н10Т; латунь ЛС59-1

1.5 Температура окружающего воздуха от минус 50°С до плюс 60°С.

1.6 Относительная влажность до 95% при 35 °С.

1.7 Предел допускаемой основной погрешности срабатывания сигнализирующего устройства, % от диапазона измерений \_\_\_\_\_

Примечание - Предел допускаемой основной погрешности сигнализирующего устройства устанавливается для последних двух третей температурной шкалы.

1.8 Предел допускаемой дополнительной погрешности показаний, от изменения температуры окружающего воздуха не более: ± 0,4 % от диапазона измерения на каждые 10 °С изменения температуры плюс ± 0,01 % от диапазона измерения на каждые 10 °С изменения температуры и на каждый метр дистанционного капилляра

1.9 Предел допускаемой дополнительной погрешности срабатывания сигнализирующего устройства от изменения температуры окружающего воздуха, °С ± 0,04Δt,

Δt-абсолютное значение разности между температурой окружающего воздуха и 20 °С

1.10 Напряжение внешних коммутирующих цепей переменного тока, В 220<sup>+22</sup><sub>-33</sub>

Частота, Гц 50 ± 1

1.11 Разрывная мощность контактов сигнализирующего устройства, В·А 50

1.12 Полный средний срок службы, лет 10

1.13 Давление измеряемой среды, МПа до \_\_\_\_\_

1.14 Масса изделия, кг \_\_\_\_\_

1.15 Сведения о содержании драгоценных металлов в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Сборочные единицы		Масса в шт. г.	Масса в изд. г.	Ном. акта	Примечание
	Обозначение	К-во шт.				
Серебро Микропереключатель	ЮД6.057.008	1	2	0,1026	0,2052	

1.16 Сведения о содержании цветных металлов в таблице 2.

Таблица 2

Марка металла	Наименование деталей, содержащих цветной металл	Обозначение деталей	Масса цветных металлов
Латунь Л63	Вставка	2В7.690.906	0,1
	Вставка	2В7.690.906-01	0,08
	Втулка	2В8.223.914*	0,0067
	Хвостовик	2В8.236.176*	0,0183 кг - 0,1 м
	Дно	ЮД8.618.001*	0,0025
	Серьга	ЮД8.600.006	0,0011
	Тяга	2В8.352.485	0,002
Латунь Л96	Капилляр	2В8.629.459	0,026 кг - 1 м
	Трубка капиллярная	2В8.626.449	0,060кг -1м
	Муфта соединительная	ЮД8.058.001	0,011
Латунь свинцовая ЛС 59-1	Термобаллон	2В8.084.172*	0,09699
	Втулка	2В8.220.184	0,003
	Втулка	2В8.227.192	0,009
	Втулка	2В8.257.064	0,0023
Алюминевый сплав АМГ-2М Сплав АК-12	Корпус	СНИЦ.731114.039	0,16
	Крышка	СНИЦ.731114.040	0,11
	Корпус	2В8.030.130	0,35
Сплавы медно-цинковые ЛАНКМц	Основание	2В8.060.037	0,35
	Пружина	ЮД.626.035	0,153
Бронза оловянная БрОФ 6,5-0,15	Кулачок	ЮД.626.035-01	0,122
		2В8.860.043	0,0023
Бронза оловянная БрОЗЦ7СН1	Держатель	ЮД8.126.021	0,053

\*применяется только для исполнений термометров с латунным термобаллоном

## 2 Комплектность

2.1 Комплектность термометра манометрического конденсационного показывающего сигнализирующего ТКП-160 Сг-МЗ-УХЛ2 приведена в таблице 3.

Таблица 3

Обозначение документа	Наименование и условное обозначение	Кол.	Примечания
СНИЦ.405 153.008РЭ	Термометр ТКП160Сг-МЗ-УХЛ2 Руководство по эксплуатации	1 шт.	По спецификации заказа При поставке термометров в один адрес допускается прилагать одно руководство по эксплуатации на каждые 2 термометра
		1 экз.	
СНИЦ.405 153.008ПС МП2411-0075-2012	Паспорт Методика поверки	1 экз.	
		1 экз.	
ТУ2573-001-86678852-2008	Набивка «Графитекс»101 4х4 мм, длиной 160 мм	1 шт.	
БРО.364.028ТУ	Розетка ШР20П5НШ10Н	1шт.	Допускаются аналоги

## 3 Свидетельство о приёмке и упаковывании

3.1 Термометр манометрический конденсационный показывающий сигнализирующий ТКП – 160Сг – МЗ-УХЛ2 заводской номер \_\_\_\_\_ соответствует техническим условиям СНИЦ.405 153.008 ТУ признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления \_\_\_\_\_  
число                      месяц                      год

Лицо, ответственное за приёмку

контролёр ОТК

\_\_\_\_\_  
должность                      личная подпись                      расшифровка подписи

М. П.

Поверка:

инженер-метролог ФБУ Смоленский ЦСМ

\_\_\_\_\_  
должность                      личная подпись                      расшифровка подписи

М. П.

Межповерочный интервал 1 год

3.2 Упаковывание согласно требованиям, предусмотренным в конструкторской документации, произвёл

упаковщик

\_\_\_\_\_  
должность                      личная подпись                      расшифровка подписи

Дата упаковывания \_\_\_\_\_  
число                      месяц                      год

Изделие после упаковки принял:

контролёр ОТК

\_\_\_\_\_  
должность                      личная подпись                      расшифровка подписи

М. П.

## 4 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие термометра требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа.

4.1 Полный средний срок службы термометров не менее 10 лет.

4.2 Гарантийный срок хранения -6 месяцев с момента изготовления.

4.3 Гарантийный срок эксплуатации 5 лет со дня отгрузки.

## 5 Сведения о сертификации

5.1 Сертификат об утверждении типа средств измерений № 49666-12

Внесены в Государственный реестр средств измерений под № 49666-12

5.2 Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д- RU.НА10.В.022016/18

5.3 Допущены к применению в Республике Беларусь

Сертификат об утверждении типа средств измерений № 15234. Внесены в

Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь под

№ РБ 03 10 5269 22.

5.4 Допущены к применению в Республике Казахстан

Сертификат о признании утверждения типа средств измерений № 1229.

Зарегистрированные в Государственной системе обеспечения единства измерений Республики Казахстан за № КЗ.02.03.07892-2022/49666-12.

215503, Смоленская обл. г. Сафоново, ул. Ленинградская, 18  
приёмная 2-84-15, отдел маркетинга 2-84-11