

ППП-1 плитка для подготовки пробы битума



ППП-1 предназначена для нагревания и расплавления пробы битума на стандартной металлической пластинке, используемой для испытания битумов на хрупкость, в соответствии с ГОСТ 11507, ГОСТ 33143-2014.

Области применения: лаборатории предприятий и научно-исследовательских институтов, разрабатывающих, выпускающих или испытывающих нефтепродукты.

Заказать

sales@td-avtomatika.ru

Для равномерного нанесения битума на стандартную пластину рабочая поверхность плитки выполнена качающейся и имеет две степени свободы движения относительно корпуса плитки. Для охлаждения пластины с пробой используется столик с горизонтальной керамической поверхностью, входящий в комплект поставки плитки.

Технические характеристики

Параметры	Значения
Диапазон температуры нагрева, °С	50... 300
Дискретность установки температуры, °С	1
Время достижения максимальной температуры, мин, не более	15
Погрешность поддержания заданной температуры, °С, не более	±1
Потребляемая мощность, ВА, не более	400
Параметры питания, В; Гц	220, 50
Габариты плитки (Ш x Г x В), мм	160x165x138
Габариты столика (Ш x Г x В), мм	120x120x140
Масса, кг, не более	3,5

Принадлежности:

- Столик - 1 шт.
- Лопатка – 1 шт.