

ТВЗТ ГСО: государственные стандартные образцы температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле



Стандартный образец предназначен для аттестации и контроля погрешностей методик выполнения измерений температуры вспышки в закрытом тигле, основанных на методах измерения температуры вспышки в закрытом тигле по ГОСТ 6356-75, ASTM D 93.

Стандартный образец представляет собой оксиллол (ТВЗТ-30-НС), декан (ТВЗТ-50-НС), трансформаторное масло (ТВЗТ-140-НС), вазелиновое масло (ТВЗТ-180-НС) и поставляется во флаконах из темного стекла или полимерного материала с закручивающейся крышкой вместимостью не менее 100, 250, 500 см³.

Срок годности экземпляров ГСО - 2 года.

Метрологические характеристики

Индекс ГСО	№ ГСО	№ МСО	Аттестованное значение ГСО	Абсолютная погрешность аттестованного значения ГСО при $P = 0,95, ^\circ\text{C}$	Диапазон аттестованных значений, $^\circ\text{C}$	Фасовка, мл (г)
ТВЗТ-30-НС	9355-2009	1627:2010	34	2	29-35	100 250 500
ТВЗТ-50-НС	9356-2009	1628:2010	54	2	47-55	
ТВЗТ-140-НС	9357-2009	1629:2010	136	3	135-149	
ТВЗТ-180-НС	9358-2009	1630:2010	183	3	165-200	

Дополнительные сведения

Стандартный образец признан в качестве межгосударственного стандартного образца, внесен в Реестр МСО и допускается к применению без ограничений в Республиках Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизская, Молдова, Туркменистан, Узбекистан, Украина.

Комплект поставки:

- образец с этикеткой,
- паспорт,
- инструкция по применению.