

ЗАКАЗАТЬ

гос. ком. СССР



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

СИСТЕМА ПОК АЗ АТЕЛЕЖ АЧЕСТВАПРОДУК ЦИИ
ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ
ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ,
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

НОМЕНК ЛАТУРА ПОК АЗ АТЕЛЕЙ

ГОСТ 4.320—85

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

РАЗРАБОТАН Министерством приборостроения, средств автоматизации и систем управления

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Е. В. Корнеева

ВНЕСЕН Министерством приборостроения, средств автоматизации и систем управления

Начальник Научно-технического управления Н. И. Гореликов

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 октября 1985 г. № 3473

Точка 4.320-85 в части

неизученных термометров.

Зр. Т 51.

С 01.01.91 заменен стандартом
28498-90.

И. И. Ур. от 7, 1990/.

Редактор М. В. Глушкова
Технический редактор Н. В. Белякова
Корректор Е. А. Морозова

Сдано в наб. 18.11.85 Подп. в печ. 05.12.85 0,5 усл. п. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,45 уч.-изд. л.
Тир. 10.000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тшп. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1489

**Система показателей качества продукции
ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И
ВЛАЖНОСТИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ**

Номенклатура показателей

Product-quality index system. Instruments for
measuring temperature and humidity, switches.
Nomenclature of indices

**ГОСТ
4.320-85**

ОКСТУ 0004

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 октября
1985 г. № 3473 срок введения установлен**

с 01.01.87

Стандарт устанавливает номенклатуру основных показателей качества приборов для измерения температуры и влажности, переключателей, включаемых в ТЗ на НИР по определению перспектив развития этой группы, государственный стандарт с перспективными требованиями, а также номенклатуру показателей качества, включаемых в разрабатываемые и пересматриваемые стандарты на продукцию, ТЗ на ОКР, технические условия, карты технического уровня и качества продукции.

Алфавитный перечень показателей качества приборов для измерения температуры и влажности, переключателей, вошедших в устанавливаемую номенклатуру, приведен в справочном приложении.

Коды продукции, входящие в группу однородной продукции по ОКП:

приборы для измерения температуры и влажности	43 2120;
электропереключатели ртутные стеклянные	43 2200;
оправы	43 2181.

**1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРИБОРОВ
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ**

1.1. Номенклатура показателей качества и характеризующие ими свойства приборов для измерения температуры и влажности, переключателей приведены в табл. 1.

Таблица 1

Наименование показателя качества	Обозначение показателя качества	Наименование характеризующего свойства
1. ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ		
1.1. Предел допускаемой погрешности, °С, Па, %	—	Характеристика точности
1.2. Предел допускаемой погрешности установки точек контактирования, °С	—	То же
1.3. Минимальное число замыканий и размыканий	—	Технические возможности
1.4. Герметичность под давлением, Па	—	Показатель герметичности
1.5. Коммутируемая мощность, В·А	—	—
1.6. Цена деления шкалы, °С, Па	—	Характеристика точности
1.7. Диапазон измерения, °С, Па, %	—	Функциональные возможности
1.8. Угол срабатывания, ... °	—	Технические возможности
1.9. Габаритные размеры, мм	—	Геометрическое
1.10. Материал	—	Физические и химические свойства стекла
2. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ		
2.1. Показатели безотказности		
2.1.1. Вероятность безотказной работы (ГОСТ 27.003—83)	$P(t)$	Безотказность
2.1.2. Установленная безотказная наработка (ГОСТ 27.003—83)	T_y	То же
2.2. Показатели долговечности		Долговечность
2.2.1. Средний срок службы (ГОСТ 27.003—83)	$T_{сл}$	То же
2.2.2. Установленный срок службы (ГОСТ 27.003—83), мес	$T_{сл.у}$	»
3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ, ТОПЛИВА, ЭНЕРГИИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ		
3.1. Масса изделия, г	—	Экономичность по расходу материала
4. ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
4.1. Показатель соответствия конструкции (размеров, формы) изделия возможностям органов зрения человека (ГОСТ 16035—81), баллы	—	Психофизиологическое

Продолжение табл. 1

Наименование показателя качества	Обозначение показателя качества	Наименование характеризующего свойства
----------------------------------	---------------------------------	--

5. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

5.1. Показатель четкости исполнения знаков, шкалы, баллы	—	Совершенство производственного исполнения
--	---	---

6. ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ

6.1. Трудоемкость изготовления изделия, (ГОСТ 14.205—83), нормо-час	—	Технологическое
6.2. Материалоемкость изделия, (ГОСТ 14.205—83), т/руб.	—	То же
6.3. Технологическая себестоимость, (ГОСТ 14.205—83), руб.	—	»
6.4. Энергоемкость (ГОСТ 14.205—83), кВт	$E_{\text{и}}$	Расход топливно-энергетических ресурсов при изготовлении

7. ПОКАЗАТЕЛИ ТРАНСПОРТАБЕЛЬНОСТИ

7.1. Восприимчивость к тепловым и механическим внешним воздействиям	—	Транспортабельность
7.1.1. Устойчивость к температурным воздействиям при транспортировании	—	
7.1.2. Устойчивость к воздействию влажности при транспортировании	—	
7.1.3. Устойчивость к транспортной тряске при транспортировании	—	

8. ПОКАЗАТЕЛИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ

8.1. Коэффициент применяемости (ГОСТ 23935.2—80), %	$K_{\text{пр}}$	—
---	-----------------	---

9. ПАТЕНТНО-ПРАВОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

9.1. Показатель патентной защиты	$P_{\text{п.з}}$	—
9.2. Показатель патентной чистоты	$P_{\text{п.ч}}$	—

2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРИБОРОВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ

- 2.1. Перечень основных показателей качества:
- предел допускаемой погрешности;
 - предел допускаемой погрешности установки точек контактирования;
 - коммутируемая мощность;

минимальное число замыканий и размыканий;
 вероятность безотказной работы;
 установленная безотказная наработка;
 средний срок службы;
 установленный срок службы;
 масса изделия;
 герметичность под давлением.

2.2. Применяемость показателей качества приборов для измерения температуры и влажности, переключателей по подгруппам изделий приведена в табл. 2.

Таблица 2

Номер показателя по табл. 1	Применяемость по подгруппам однородной продукции		
	Приборы для измерения температуры и влажности	Электропереключатели ртутные стеклянные	Оправы
1.1	+	—	—
1.2	±	—	—
1.3	+	+	—
1.4	—	—	+
1.5	±	+	—
1.6	±	—	—
1.7	+	—	—
1.8	—	+	—
1.9	+	+	+
1.10	+	+	—
2.1.1	+	+	+
2.1.2	+	+	—
2.2.1	+	+	—
2.2.2	+	+	—
3.1	+	+	+
4.1	+	+	+
5.1	+	+	+
6.1	+	+	+
6.2	+	+	+
6.3	+	+	+
6.4	+	+	+
7.1.1	+	+	—
7.1.2	+	+	+
7.1.3	+	+	—
8.1	+	—	+
9.1	+	+	+
9.2	+	+	+

2.3. Применяемость показателей качества приборов для измерения температуры и влажности, переключателей, включаемых в ТЗ на НИР по определению перспектив развития, государственные стандарты с перспективными требованиями (ГОСТ ОТТ), в разрабатываемые и пересматриваемые стандарты на продукцию,

технические условия (ТУ), карты технического уровня и качества продукции (КУ), ТЗ на ОКР, приведена в табл. 3.

Таблица 3

Номер показателя по табл. 1	Применяемость показателя в НТД				
	ТЗ на НИР, ГОСТ ОУТ	Стандарты (кроме ГОСТ ОУТ)	ТЗ на ОКР	ТУ	КУ
1.1	+	+	+	+	+
1.2	+	+	+	+	+
1.3	+	+	+	+	+
1.4	+	+	+	+	+
1.5	+	+	+	+	+
1.6	-	+	+	+	+
1.7	+	+	+	+	+
1.8	-	+	+	+	+
1.9	-	+	+	+	+
1.10	-	+	+	+	+
2.1.1	+	+	+	+	+
2.1.2	+	+	+	+	+
2.2.1	+	+	+	+	+
2.2.2	+	+	+	+	+
3.1	+	+	+	+	+
4.1	-	-	-	-	±
5.1	-	-	-	-	±
6.1	-	-	-	-	±
6.2	-	-	-	-	±
6.3	-	-	-	-	±
6.4	-	-	-	-	±
7.1.1	-	+	-	+	±
7.1.2	-	+	-	+	±
7.1.3	-	+	-	+	±
8.1	-	-	-	-	±
9.1	-	-	+	-	±
9.2	-	-	+	-	±

Примечание. Знак «+» означает применяемость, знак «-» — неприменяемость, знак «±» — ограниченную применяемость.

2.4. Новые виды изделий могут иметь номенклатуру показателей качества, дополняющую установленную в табл. 1, 3.

**АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРИБОРОВ
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ**

Вероятность безотказной работы	2.1.1
Герметичность под давлением	1.4
Диапазон измерения	1.7
Коэффициент применяемости	8.1
Масса изделия	3.1
Материал	1.10
Материалоемкость изделия	6.2
Мощность коммутируемая	1.5
Наработка безотказная установленная	2.1.2
Показатель патентной защиты	9.1
Показатель патентной чистоты	9.2
Показатель соответствия конструкции (размеров, формы) изделия возможностям органов зрения человека	4.1
Показатель четкости исполнения знаков	5.1
Предел допускаемой погрешности	1.1
Предел допускаемой погрешности установки точек контактирования	1.2
Размеры габаритные	1.9
Себестоимость технологическая	6.3
Срок службы средний	2.2.1
Срок службы установленный	2.2.2
Трудоемкость изготовления изделия	6.1
Угол срабатывания	1.8
Устойчивость к воздействию влажности при транспортировании	7.1.2
Устойчивость к температурным воздействиям при транспортировании	7.1.1
Устойчивость к транспортной тряске при транспортировании	7.1.3
Цена деления шкалы	1.6
Число замыканий и размыканий минимальное	1.3
Энергоемкость	6.4

ЗАКАЗАТЬ